

AX 1360P

Alimentation Programmable

DC Multivoie

Multi-channel

Programmable DC

Power Supply

Notice de Fonctionnement
User's Manual

**metrix**

Pôle Test et Mesure de CHAUVIN-ARNOUX
Parc des Glaisins - 6, avenue du Pré de Challes

F - 74940 ANNECY-LE-VIEUX

Tel. +33 (0)4.50.64.22.22 - Fax +33 (0)4.50.64.22.00



AX 1360P

Alimentation Programmable DC Multivoie

Notice de Fonctionnement 3

Multi-channel Programmable DC Power Supply

User's Manual 28

FR - Sommaire

Instructions générales	Chapitre I
Introduction	3
Précautions d'emploi.....	3
Consignes de sécurité.....	3
Environnement opérationnel	4
Garantie.....	4
Maintenance, réparations, étalonnage	4
Nettoyage.....	4
Remplacement des fusibles.....	5
Description de l'instrument	Chapitre II
Introduction	6
Caractéristiques principales.....	7
Vue générale de la face avant.....	8
Affichage	8
Face avant.....	9
Bornes	10
Vue générale de la face arrière	11
Spécifications courant constant/tension constante	11
Configuration	Chapitre III
Mise sous tension	12
Branchement du câble de charge	12
Sortie ON/OFF	13
Alarme sonore ON/OFF	13
Verrouillage	13
Fonctionnement	Chapitre IV
1. Mode indépendant CH1/CH2.....	14
2. Mode indépendant CH3	15
3. Mode série tracking CH1/CH2	16
3.1 <i>Tracking série sans borne commune</i>	16
3.2 <i>tracking série avec borne commune</i>	17
4. Mode tracking parallèle CH1/CH2	19
Sauvegarde / Restauration	Chapitre V
Sauvegarder la configuration	20
Restaurer une configuration.....	20
Programmation à distance	Chapitre VI
Programmation à distance.....	21
Syntaxe commande	21
Messages d'erreur	22
Liste des commandes	22
Détail des commandes	23
Contenu de la commande HELP.....	25
Spécifications techniques	Chapitre VII
.....	26
Caractéristiques mécaniques, Fourniture	Chapitre VIII
.....	26

Instructions générales

Introduction

Vous venez d'acquérir une **AX 1360P** Alimentation programmable DC multi-voye et nous vous remercions de votre confiance.

Précautions d'emploi

Afin d'obtenir le meilleur service:

- veuillez lire cette notice avec attention,
- respectez les consignes de sécurité.

Le non respect des avertissements et/ou consignes d'utilisation peut endommager l'appareil et/ou les installations et présenter un danger pour d'utilisateur.

Consignes de sécurité

- Avant le branchement sur le secteur AC local, vérifier et s'assurer que la tension de sortie est compatible avec la charge. (Il serait judicieux de débrancher une charge avant de connecter au secteur AC local).
- La tension de sortie maximum de l'appareil peut être > 60 VDC et le courant de 6 A ; éviter de toucher la partie métallique des bornes de sortie.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement poussiéreux ou très humide, ce qui pourrait en détériorer la fiabilité et provoquer des pannes.
- Installer l'appareil à un endroit où la température ambiante est entre -10~70 °C. Noter que l'opération de l'appareil peut devenir instable s'il est utilisé à une température ambiante au-delà de 0~40 °C.
- Ne pas obstruer les parties ventilées.
- N'utiliser l'alimentation qu'avec des cordons sécurisés, dont le diamètre est approprié au courant de sortie.

Alimentation

Tension d'entrée AC: 220 V ± 10 %, 50 / 60 Hz, 500 VA max.

Brancher le conducteur de protection du câble d'alimentation AC à la terre afin d'éviter les chocs électriques.

Symboles sur l'appareil




Avertissement: danger potentiel, voir le manuel d'utilisation.




Tri de déchets pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. En conformité avec la Directive WEEE 2002/96/CE l'appareil ne peut être considéré comme déchet ménager.



Borne de terre



Fusible



Port USB



Ce marquage CE indique la conformité aux directives européennes « Basse Tension » et « Compatibilité Electromagnétique » (73/23/CEE et 89/336/CEE).

Fusible

- Type de fusible : 220 V / 230 V : T3,15 A / 250 V, 5 x 20 mm
- S'assurer que le bon type de fusible est installé avant la mise sous tension.
- Remplacer le fusible AC par un fusible de même type et classe que l'original.
- Débrancher le câble d'alimentation avant de remplacer les fusibles.
- S'assurer que les causes de rupture du fusible sont résolues avant remplacement du fusible.

Instructions générales (suite)

Environnement opérationnel

- Situation : intérieur, pas d'exposition directe au soleil, sans poussières, pollution non-conductrice quasi nulle.
- Humidité relative : < 80 %
- Altitude : < 2000 m
- Température : 0 à 40 ° C

(Niveau de Pollution) CEI 61010-1 : définit les niveaux de pollution et leurs exigences. Cet appareil est de niveau 2.

La pollution concerne « l'ajout de matières étrangères, solides, liquides ou gaz (gaz ionisé), qui peuvent causer la réduction de la force diélectrique ou la résistivité superficielle ».

Pollution de niveau 2 : En général, seule une pollution non conductrice est provoquée. Néanmoins, de temps en temps une conductivité temporaire provoquée par la condensation peut être attendue.

Définition des catégories d'installation

CATII : Elle concerne les appareils prévus pour être alimentés à partir de l'installation électrique du bâtiment. Elle s'applique à la fois aux appareils connectés par prise et aux appareils branchés en permanence.

CATIII : Elle concerne les appareils prévus pour faire partie de l'installation électrique d'un bâtiment. Ces appareils comprennent les socles de prise de courant, les tableaux de fusibles, et certains appareils de commande d'installation du réseau.

CATIV : Elle concerne les appareils installés à l'origine de l'alimentation électrique d'un bâtiment ou à sa proximité, entre l'entrée et le tableau de distribution du réseau. Ces appareils peuvent comprendre les compteurs électriques tarifaires et les dispositifs de protection contre les surtensions primaires

Garantie

Ce matériel est garanti 1 an contre les défauts de fabrication et des pièces en conformité avec les conditions générales qui sont disponibles à la demande.

Pendant la période de garantie, seul le fabricant peut réparer l'appareil. Le fabricant se réserve le droit de réparer ou de remplacer tout ou partie de l'appareil à sa discrétion. Dans le cas d'un retour de l'appareil au fabricant, les coûts de transport du client vers le fabricant sont à la charge du client.

La garantie ne s'applique pas aux cas suivants :

- mauvaise utilisation de l'appareil ou son utilisation avec du matériel non compatible
- une ou plusieurs modifications à l'appareil effectuées sans l'autorisation explicite préalable des services techniques du fabricant
- une intervention sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant l'adaptation à une application spécifique qui ne figure pas dans la définition de l'appareil ou dans le guide d'utilisation
- les dommages provoqués par un choc mécanique, par la chute de l'appareil ou par inondation.

Instructions générales (suite)

Maintenance, réparations, étalonnage

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale CHAUVIN ARNOUX la plus proche ou votre centre technique régional Manumesure, qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordonnées disponibles sur notre site : <http://www.chauvin-arnoux.com> ou par téléphone aux n° suivants :
02 31 64 51 43 (centre technique Manumesure)
01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).


Nettoyage

Aucune intervention n'est autorisée à l'intérieur de l'appareil.


- Mettre l'appareil hors tension (débrancher le câble d'alimentation)
- Nettoyer avec un chiffon humide et du savon.
- Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Sécher rapidement avec un chiffon sec ou une soufflerie à une température maxi. de 80° C.

Remplacement des fusibles

Etapes 1. Retirer le câble d'alimentation et retirer le porte-fusible avec un tournevis.



2. Remplacer le fusible dans le porte-fusible.



Type de fusible 220 V / 230 V : T3,15 A / 250 V, 5 x 20 mm

Description de l'instrument

Introduction

L'alimentation DC programmable est légère, ajustable et multi-fonctions. L'appareil possède trois sorties indépendantes:

- deux, ayant un niveau de tension ajustable
- l'autre, une tension fixe, qui peut être sélectionnée entre : 2,5 V, 3,3 V et 5 V.

L'alimentation peut être utilisée pour alimenter des circuits logiques quand il y a un besoin de tension ou courant de niveaux différents. Pour des systèmes de définition, le mode tracking est utile pour des tensions positives et négatives précises.

Indépendant

Tracking Série

Tracking Parallèle

Les modes de sortie de l'alimentation électrique - indépendant, tracking série, tracking parallèle - peuvent être sélectionnés en appuyant sur la touche TRACKING de la face avant. En mode indépendant, la tension de sortie et le courant de chaque voie sont contrôlés séparément. Le niveau d'isolation, entre la borne de sortie et le châssis, ou de borne de sortie à borne de sortie, est de 300 V. En mode tracking, les deux sorties de CH1 et CH2 sont connectées en série ou en parallèle automatiquement; il n'est pas nécessaire de brancher des cordons de sortie. En mode série, la tension de sortie est doublée ; en mode parallèle le courant en sortie est doublé.

Tension constante

Courant constant

Chaque voie de sortie, sauf CH3, est complètement transistorisée et bien régulée ; elle travaille en mode tension constante (CV) ou courant constant (CC). Même au niveau maximum de courant de sortie, une tension calibrée et ajustable en continu est fournie. Pour une charge importante, l'alimentation peut être utilisée comme source CV, tandis que, pour une petite charge, elle peut être utilisée comme source CC. En mode CV (mode indépendant ou tracking), le courant de sortie (surcharge ou court circuit) peut être contrôlé via la face avant. En mode CC (mode indépendant seulement), la tension maximum (plafond) de sortie peut être contrôlée via la face avant. L'alimentation permettra automatiquement de CV à CC quand le courant de sortie atteindra sa valeur de consigne. L'alimentation permettra automatiquement de CC à CV quand la tension de sortie atteindra sa valeur de consigne. Pour plus de détails sur le fonctionnement CV/CC, voir page 11.

Mode tracking

Automatique

L'affichage sur le panneau avant (CH1, CH2) montre la tension ou le courant de sortie. En mode tracking l'alimentation connectera automatiquement au mode auto-tracking.


Description de l'instrument (suite)

Caractéristiques principales

Modèle	Sortie	Voltmètre	Ampèremètre	Interface USB
AX 1360P	0 ~ 30 V x 2 0 ~ 3 A x 2 fixe $\underbrace{2,5 \text{ V} / 3,3 \text{ V} / 5 \text{ V}}$ 3 A	LED 3 chiffres	LED 3 chiffres	✓
Performance				
<ul style="list-style-type: none"> Niveau bas d'ondulation et de bruit, ventilateur de refroidissement intelligent Conception compacte, poids léger 				
Fonctionnement				
<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement tension constante / courant constant Fonctionnement tracking série / tracking parallèle Contrôle sortie ON/OFF Fonction verrouillage face-avant 4 programmations pré-définies pour mémorisation/rappel tension et courant Variation de la tension et du courant, et réglage fin Calibration logiciel Sortie sonore Limite de tension et courant pré-sélectionnée 				
Protection				
<ul style="list-style-type: none"> Protection contre les surtensions, court-circuits, surcharges, températures excessives Protection polarité inversée GND 				
Interface				
<ul style="list-style-type: none"> Interface USB pour contrôle à distance par PC Drivers LV, LW, USB/RS disponibles sur notre site support Internet 				


Description de l'instrument (suite)

Vue générale de la face avant




Affichage

Voltmètre Affiche la tension de sortie CH1 et CH2



(3 chiffres)

Ampèremètre Affiche le courant de sortie CH1 et CH2



(3 chiffres)

Description de l'instrument (suite)

Face avant

Touches mémoire



Sauvegarde ou restaure les paramètres de la face avant. 4 jeux de paramètres max. prédéfinis. Voir page 20, pour les détails.

Touches sonores CH1 CH2



Sélectionne la voie de sortie pour ajustement du niveau. Voir page 13, pour les détails du paramétrage des niveaux

Maintenir la touche CH2 enfoncée active l'alarme sonore.

Touches Parallèle / Série



Active le fonctionnement Tracking parallèle ou Tracking série. Voir page 14, pour les détails.

Touche verrouillage



Verrouille ou déverrouille les paramètres de la face avant. Voir page 13, pour les détails.

Touche sortie




Active ou désactive la sortie.

Commutateurs tension



VOLTAGE



Ajuste le niveau de tension de sortie pour CH1 ou CH2. Une pression sur le commutateur permute du réglage gros / réglage fin. Pour l'ajustement fin, l'indicateur FINE est allumé.

Commutateurs courant



CURRENT



Ajuste le niveau de courant de sortie pour CH1 ou CH2. Une pression sur le commutateur permute du réglage gros / réglage fin. Pour l'ajustement fin, l'indicateur FINE est allumé.

Description de l'instrument (suite)


Bornes

Interrupteur alimentation



Sous tension ou hors tension . Voir page 12, pour la mise sous tension.

Borne GND



Accepte un câble de terre.

Sortie CH1



Sorties CH1 tension et courant.

Indicateur CH1 CV/CC



Pour CH1 : indique le mode de fonctionnement tension constante ou courant constant

Sortie CH2



Sorties CH2 tension et courant.

Indicateur CH2 CV/CC



Pour CH2 : indique le mode de fonctionnement tension constante, courant constant ou tracking parallèle.

Sortie CH3



Sorties CH3 tension et courant.

Indicateur de surcharge CH3



Indique quand le courant de sortie CH3 est en surcharge.

Sélecteur de tension CH3



Sélectionne la tension de sortie CH3 entre 2,5 V, 3,3 V et 5 V.


Indicateur FINE




Indique quand la tension ou le courant sont en réglage fin.

Description de l'instrument (suite)

Vue générale de la face arrière



Connexion USB



Accepte un connecteur USB esclave pour la commande à distance via PC.

Cordon d'alimentation Porte fusible



Le cordon d'alimentation accepte l'alimentation secteur AC.
Le porte fusible contient le fusible secteur AC.

Spécifications courant constant / tension constante


Mode CV

L'appareil alterne automatiquement entre le mode tension constante (CV) et courant constant (CC) en fonction de la charge.

Mode CC

Quand le niveau actuel est en dessous de la consigne de sortie, l'appareil fonctionne en mode Tension Constante. L'indicateur sur le panneau avant est vert (C.V.). Le niveau de tension est maintenu à la valeur de consigne et le courant varie en fonction de la charge jusqu'à ce que la valeur de consigne de courant de sortie soit atteinte.

Schéma



Configuration

Ce chapitre décrit comment mettre l'alimentation sous tension avant son utilisation.

Mise sous tension


Branchement du cordon d'alimentation AC

Branchez le cordon d'alimentation AC à la prise du panneau arrière.




Mise sous tension

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre sous tension. L'écran d'initialisation contenant le nom du modèle suivi des derniers paramètres chargés s'affiche.



Mise hors tension


Appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation hors tension.



Branchement du câble de charge

Fiche banane

Branchez la fiche banane de sécurité double puits Ø 4 mm.



Type de câble

Si vous utilisez des câbles de charge autres que les câbles livrés, assurez-vous qu'ils ont une capacité de courant suffisante pour minimiser les pertes et l'impédance de la ligne de charge. La perte de tension sur un câble ne doit pas dépasser 0,5 V. Vous trouverez ci-dessous les données actuelles pour les câbles à 450 A/c :

Dimension câble (AWG)	Courant maxi. (A)
20	2,5
18	4
16	6
14	10
12	16

Configuration (suite)

Sortie ON/OFF

Procédure Un appui sur la touche sortie → active toutes les sorties CH 1 / 2 / 3.

La touche LED est aussi activée. Un appui supplémentaire sur la touche sortie désactive les sorties et la touche LED.

Sortie désactivée automatiquement

En cas de changement inattendu du niveau de sortie, une des actions suivantes désactive la sortie automatiquement :

- Changement du mode de fonctionnement entre indépendant/ tracking série / tracking parallèle
- Restauration d'une configuration sauvegardée
- Sauvegarde de la configuration

Alarme sonore ON/OFF

Procédure Par défaut, l'alarme sonore est activée. Pour la désactiver, maintenez une pression sur la touche beep pendant 2 s.

Une alarme retentit et l'alarme sonore sera désactivée. Pour réactiver l'alarme, maintenez de nouveau une pression sur la touche pendant 2 s.

Liste d'alarmes sonores

Quand l'alarme est active, les opérations suivantes provoquent une alarme sonore :

- mise sous tension
- commutation entre mode INDEP – SER – PAR
- sauvegarde/restauration de configuration
- bouton tension/courant, bouton fin/gros
- sortie ON/OFF
- verrouillage/déverrouillage panneau
- bouton niveau de sortie CH1/CH2
- niveau de tension/courant atteint le niveau min. et max. (zéro).

Verrouillage face avant

Procédure Appuyez sur la touche LOCK pour verrouiller le fonctionnement de la face avant.

La LED de la touche est activée.

Pour déverrouiller, appuyez sur la touche LOCK pendant 2 secondes.

La LED de la touche est aussi désactivée.




La touche OUTPUT n'est pas affectée par le verrouillage.

Fonctionnement





1. Mode Indépendant CH1/CH2

Connexion Les sorties CH1 et CH2 fonctionnent indépendamment l'une de l'autre et sont contrôlées séparément.



Puissance de sortie 0 ~ 30 V / 0 ~ 3 A par voie.

Procédure



1. Assurez-vous que les touches PARA INDEP et SERIES INDEP sont éteintes (les LED des touches sont éteintes).

2. Connectez la charge aux bornes du panneau avant, CH1 +/-, CH2 +/-.

3. Paramétrez la tension et le courant de sortie CH1. Appuyez sur l'interrupteur CH1 (la LED s'allume) et utilisez le commutateur Tension et Courant. Par défaut, les commutateurs Tension et Courant sont en mode large. Pour activer le réglage fin, appuyez sur le commutateur et activez la LED FINE. gros : 1V ou 0,1A (clic de rotation). fin : la plus petite unité (clic de rotation).


4. Répétez les étapes ci-dessus pour la voie CH2.

5. Pour activer la sortie, appuyez sur la touche sortie. La LED de la touche s'allume et l'indicateur CH1/CH2 affiche le mode de sortie CV ou CC.

Fonctionnement (suite)

2. Mode Indépendant CH3


Connexion La puissance de CH3 est de 2,5 V / 3,3 V / 5 V, maximum 3 A. Elle fonctionne indépendamment de CH1 et CH2, quelque soit leur mode.



Puissance de sortie Fixe 2,5 V / 3,3 V / 5 V, 3 A

Mode sans tracking Série/Parallèle CH3 ne possède pas de mode tracking série/parallèle. De même, CH3 n'est pas affecté par les modes CH1 et CH2.

Procédure



1. Connectez la charge à la borne CH3 +/- de la face-avant.
2. Sélectionnez la tension de sortie parmi 2,5V, 3,3V et 5V, en utilisant l'interrupteur de sélection de tension.
3. Pour activer la sortie, appuyez sur la touche sortie. La LED de la touche est activée.

CC vers CV



Quand le niveau de courant dépasse 3 A, l'indicateur de surcharge s'allume en rouge et le mode de fonctionnement CH3 permute de Tension Constante à Courant Constant.

☞ "Surcharge" dans ce contexte ne signifie pas dysfonctionnement.

Fonctionnement (suite)


3. Mode série Tracking CH1/CH2

Le fonctionnement en série tracking double la capacité de tension de la série alimentation en interne, en reliant CH1 (Master) et CH2 (esclave) en série et en combinant la sortie d'une seule voie. CH1 (Master) contrôle le niveau de tension de sortie combinée.

Le paragraphe suivant décrit deux types de configuration en fonction de l'utilisation des points communs.





3.1 Tracking série sans borne commune

Connexion




Puissance de sortie 0 - 60 V / 0 - 3 A

Procédure



- Appuyez sur la touche SER/INDEP pour activer le mode tracking série. La LED de la touche est activée.
- Connectez la charge aux bornes de la face-avant, CH1 + & CH2 - (alimentation unique).
- Appuyez sur l'interrupteur CH2 (La LED s'allume) et utilisez le commutateur Courant pour ajuster le courant de sortie CH2 au niveau maximum. Par défaut les boutons Tension et Courant sont en mode large. Pour activer le mode FINE, appuyez sur le commutateur et activez la LED FINE. Gros : 1V ou 0,1A (clic de rotation). Fin : la plus petite unité (clic de rotation).
- Appuyez sur l'interrupteur CH1 (la LED s'allume) et utilisez le commutateur Tension et Courant pour ajuster les niveaux de sortie tension et courant.

Fonctionnement (suite)



5. Pour activer la sortie, appuyez sur la touche sortie. La LED de la touche est activée.


6. Consultez le compteur CH1 (Maître) et l'indicateur pour le niveau de paramétrage de sortie et le statut CV/CC.

Niveau de tension Doublez la mesure du Voltmètre CH1. Dans le cas ci-dessus, la vraie sortie est de $20,0 \times 2 = 40,0$ V.

Niveau de courant La lecture du compteur affiche le courant de sortie. Dans le cas ci-dessus : 2.000 A (CH2 contrôle courant doit être en position maximum = 3,0 A).

3.2 Tracking série avec borne commune

Connexion



Puissance de sortie 0 ~ 60 V / 0 ~ 3 A pour CH1 ~ COM


Procédure




1. Appuyez sur la touche SER/INDEP pour activer le mode tracking série. La LED de la touche est activée.

2. Connectez la charge aux bornes de la face avant, CH1 +/- & CH2 -. Utilisez la borne CH1 (-) comme connexion commune.

3. Connectez la charge aux bornes de la face avant, CH1 +/- & CH2 -. Utilisez la borne CH1 (-) comme connexion commune.



Fonctionnement (suite)



- Appuyez sur l'interrupteur CH1 (la LED s'allume) et utilisez le commutateur tension pour ajuster la tension de sortie maître et esclave (même niveau pour les deux voies). Par défaut, les boutons Tension et Courant sont en mode large. Pour activer le mode fin, appuyez sur le commutateur et activez la LED FINE.

Large : 1 V ou 0,1 A (clic de rotation).
Fine : la plus petite unité (clic de rotation).

- Utilisez le courant pour ajuster la sortie maître courant.
- Pour activer la sortie, appuyez sur la touche sortie. La LED de la touche est activée.
- Pour le niveau de sortie maître (CH1) et le statut CV/CC, consultez le compteur et l'indicateur CH1.

Niveau de tension maître (CH1) : la lecture du compteur CH1 affiche la tension de sortie. Dans le cas ci-contre, 20,0 V.

Niveau de courant maître (CH1) : la lecture du compteur CH1 affiche le courant de sortie. Dans le cas ci-contre, 2,000 A.

- Appuyez sur l'interrupteur CH2 (la LED s'allume) et utilisez le commutateur Courant pour ajuster le courant de sortie esclave.
- Pour le niveau de sortie esclave (CH2) et le statut CV/CC, consultez le compteur CH1/2 et l'indicateur CH2.

Niveau de tension maître (CH1) : la lecture du compteur CH1 affiche la tension de sortie. Dans le cas ci-dessus, 20,0 V.


Niveau de courant maître (CH1) : compteur CH1 la mesure indique le courant de sortie. Dans le cas ci-dessus 2.000 A.

Fonctionnement (suite)

4. Mode Tracking Parallèle CH1/CH2






Connexion

Le fonctionnement en tracking parallèle double la capacité de courant de l'alimentation en connectant CH1 et CH2 en parallèle en interne et en combinant la sortie sur une seule voie. CH1 contrôle la sortie combinée.



Puissance de sortie 0 - 30 V / 0 - 6 A

Procédure



1. Appuyez sur la touche PAR/INDEP pour activer le mode tracking parallèle. La LED de la touche est activée.
2. Connectez la charge aux bornes CH1 +/-.
3. Pour activer la sortie, appuyez sur la touche sortie. La LED de la touche est activée.
4. L'indicateur CH2 passe au rouge pour indiquer le mode tracking parallèle (PAR).
5. Appuyez sur l'interrupteur CH1 (la LED s'allume) et utilisez le commutateur Tension et Courant pour ajuster les niveaux de sortie tension et courant. Le contrôle de sortie CH2 est désactivé. Par défaut, les boutons Tension et Courant sont en mode large. Pour activer le mode fin, appuyez sur le commutateur et activez la LED FINE.
6. Pour le niveau de sortie et le statut CV/CC, consultez le compteur et l'indicateur CH1.

Niveau de tension : la lecture du compteur CH1 affiche la tension de sortie. Dans le cas ci-dessus, 20,0V.

Niveau de courant : double le chiffre de la mesure du compteur CH1. Dans le cas ci-dessus, $2,0\text{ A} \times 2 = 4,0\text{ A}$.

Sauvegarde / Restauration

Sauvegarder la configuration

Introduction La configuration de réglage des paramètres de face avant peut être stockée dans une des quatre mémoires internes.


Programmation La liste suivante donne la liste des paramètres sauvegardés:

- Mode Indépendant / tracking série / tracking parallèle
- Sélection de CH1/CH2 par le commutateur
- Mode commutateur gros/fin
- Alarme sonore ON/OFF
- Niveau de sortie tension/courant

Les paramètres suivants sont toujours sauvegardés en "off":

- Sortie ON/OFF
- Verrouillage de la face avant

Procédure Appuyez sur l'une des touches 1-4 Memory pendant 2 secondes ; par exemple, numéro 1. Les paramètres seront sauvegardés dans la mémoire no. 1 en appuyant longuement sur cette touche et la LED de la touche s'allume. Quand les paramètres sont modifiés, la LED s'éteint.



☞ **Quand la configuration est sauvegardée, la sortie s'éteint automatiquement.**

Restaurer une configuration

Introduction La configuration de réglage des paramètres de face avant peut être restaurée à partir d'une des quatre mémoires internes.


Programmation Liste des paramètres restaurés :

- Mode Indépendant / tracking série / tracking parallèle
- Sélection CH1/CH2 par le commutateur
- Mode commutateur Large/fin
- Alarme sonore ON/OFF
- Niveau de sortie tension/courant

Les paramètres suivants sont toujours restaurés en "off":

- Sortie ON/OFF
- Verrouillage de la face avant

Procédure Appuyez sur l'une des touches Memory 1-4 ; par exemple, numéro 1. Les paramètres sauvegardés dans la mémoire No 1. seront restaurés en appuyant sur cette touche. La LED de la touche est activée. Quand les paramètres sont modifiés, la LED s'éteint.




☞ **Quand une configuration est restaurée, la sortie s'éteint automatiquement.**

Programmation à distance

Programmation à distance

Introduction Les paramètres de la face avant peuvent être restaurés à partir d'une des quatre mémoires internes.

Interface



port esclave USB, panneau arrière

Paramètre COM Configurez le port COM du PC selon la liste suivante:

Baud rate : 9600

Bit de parité : Aucun

Bit de données : 8

Bit de Stop : 1

Contrôle de flux de données : Aucun

Vérification des fonctions Exécutez cette commande d'interrogation avec l'application du terminal telle que MTTTY (Multi-threaded TTY).

*idn?


Les informations d'identification suivantes doivent s'afficher:

Fabricant, nom modèle, numéro de série.

Des drivers pour programmation en LV / LW sont disponibles sur notre site Internet.

Syntaxe commande

Format commande



1 : en-tête commande

2 : voie de sortie

3 : séparateur

4 : paramètre

Voie de sortie

Type

Description

Exemple

<Boolean>

Booléen

0 (off), 1 (on)

<NR1>

Chiffres entiers

0, 1, 2, 3

<NR2>

Chiffres décimaux

0.1, 3.14, 8.5

Voie de sortie

1 (CH1) ou 2 (CH2)



Les commandes doivent être saisies en majuscules.

Programmation à distance (suite)

Messages d'erreur	En cas d'erreur, les messages suivants peuvent apparaître :
Program mnemonic too long	<i>La commande ne doit pas dépasser 12 caractères.</i>
Invalid character	<i>Un caractère invalide de type symbole a été entré. Exemple: VOUT#</i>
Too many digits	<i>La commande ne doit pas dépasser 3 digits.</i>
Missing parameter	<i>Paramètre manquant. Exemple: VSET: (il devrait y avoir un chiffre)</i>
Data out of range	<i>La valeur entrée dépasse la spécification. Exemple: VSET:33 (devrait être 32 V)</i>
Command not allowed	<i>Dans ce cas, la commande entrée n'est pas autorisée. Exemple: tente de régler la sortie CH2 en mode tracking.</i>
Undefined header	<i>La commande entrée n'existe pas ou la syntaxe est erronée.</i>
Liste des commandes	<p>La description détaillée de chaque commande se trouve dans les pages suivantes.</p> <p>La commande "HELP" affiche toutes les commandes suivantes, ainsi que leur signification, sauf pour la commande HELP elle-même.</p>
ISET<X>:<NR2>	<i>Règle le courant de sortie</i>
ISET<X>	<i>Ajuste le réglage du courant de sortie</i>
VSET<X>:<NR2>	<i>Règle la tension de sortie</i>
VSET	<i>Ajuste le réglage de la tension de sortie</i>
IOUT<X>	<i>Retourne le courant de sortie réel</i>
VOUT<X>	<i>Retourne la tension de sortie réelle</i>
TRACK<NR1>	<i>Sélectionne le mode de fonctionnement</i>
BEEP<BOOLEAN>	<i>Allume ou éteint la sortie</i>
LOCK<BOOLEAN>	<i>Active ou désactive le verrouillage de la face avant</i>
OUT<BOOLEAN>	<i>Allume ou éteint la sortie</i>
SATATUS	<i>Retourne le modèle STATUS</i>
IDN	<i>Retourne l'identification du modèle</i>
RCL<NR1>	<i>Rappelle un paramètre de réglage de la face avant</i>
SAVE<NR1>	<i>Sauvegarde un paramètre de réglage</i>
HELP	<i>Affiche la liste des commandes</i>

Programmation à distance (suite)

Détail des commandes

Commande	ISET<X>:<NR2>
Description	Règle le courant de sortie
Mode de fonctionnement	Voir p. 11.
Temps de réponse	min. 70ms
Exemple	ISET1:2.234 Règle le courant de la sortie CH1 à 2.234A.

Commande	ISET<X>
Description	Retourne le réglage du courant de sortie.
Temps de réponse	min. 70ms
Exemple	ISET1 Retourne le réglage du courant de la sortie CH1.

Commande	VSET<X>:<NR2>
Description	Règle la tension de sortie.
Mode de fonctionnement	Voir p. 11.
Temps de réponse	min. 70ms
Exemple	VSET1:20.345 Règle la tension de la sortie CH1 à 20.345V.

Commande	VSET<X>
Description	Retourne le réglage de la tension de sortie.
Temps de réponse	min. 80ms
Exemple	VSET1 Retourne le réglage de la tension de sortie CH.

Commande	IOUT<X>
Description	Retourne le courant de la sortie réelle.
Temps de réponse	min. 80ms
Exemple	IOUT1 Retourne le courant de la sortie CH1.

Commande	VOUT<X>
Description	Retourne la tension de la sortie réelle.
Temps de réponse	min. 70 ms
Exemple	VOUT1 Retourne la tension de la sortie CH1.

Commande	TRACK<NR1>
Description	Sélectionne le mode de fonctionnement : INDEP, tracking SER, tracking PAR
Mode de fonctionnement	Voir p. 11.
NR1	0: Independant 1: Tracking série 2: Tracking parallèle
Temps de réponse	min. 70ms
Exemple	TRACK0 Sélectionne le mode indépendant.

Commande	BEEP<Boolean>
Description	Active, désactive le beeper.
Mode de fonctionnement	Voir p. 10.
Temps de réponse	min. 70 ms
Exemple	BEEP1 Active le beeper.

Commande	OUT<Boolean>
Description	Allume, éteint la sortie.
Mode de fonctionnement	Voir p. 5.
Temps de réponse	min. 70ms
Exemple	OUT1 Allume la sortie.

Programmation à distance (suite)

Détail des commandes (suite)

Commande	LOCK<Boolean>
Description	Active ou désactive le verrouillage de la face-avant
Mode de fonctionnement	Voir page 11
Temps de réponse	Min.70ms
Exemple	LOCK1 Verrouille la face avant.

Commande	STATUS
Description	Retourne le modèle STATUS.
Temps de réponse	Min. 400ms
Contenu	8 bits dans le format suivant. (Voir le tableau page suivante)

Bit	Item	Description
0	CH1	0=CC mode, 1=CV mode
1	CH2	0=CC mode, 1=CV mode
2, 3	Trac king	00=Indépendant, 01=Tracking série11=Tracking parallèle
4	Beep	0=Off, 1=On
5	Lock	0=Lock, 1=Unlock
6	Outp ut	0=Off, 1=On
7	N/	N/A

Commande	RCL<NR1>
Description	Rappelle le réglage de la face-avant..
Mode de fonctionnement	Voir page 18
NR1	1~4: no. de la mémoire 1 to 4
Temps de réponse	Min.70ms
Exemple	RCL1 Rappelle le réglage de la face avant sauvegardé en mémoire no. 1.

Commande	IDN
Description	Retourne l'identification du modèle.
Temps de réponse	Min.300ms
Contenu	Fabricant, nom du modèle, numéro de série

Commande	SAV<NR1>
Description	Sauvegarde les paramètres de réglage de la face-avant.
Mode de fonctionnement	Voir page 18
NR1	1~4: No. de la mémoire 1 to 4
Temps de réponse	Min.70ms
Exemple	SAV1 Sauvegarde les paramètres de réglage de la face avant en mémoire no. 1.

Commande	HELP
Description	Affiche la liste de commande
Temps de réponse	Min.1000ms
Contenu	Se référer à la ligne suivante.

Programmation à distance (suite)

Contenu de la commande HELP

ISET<x>:<NR2>	Règle la valeur du courant.
VSET<x>:<NR2>	Règle la valeur de la tension. X: 1=CH1, 2=CH2.
ISET<x>	Retourne la valeur du courant.
VSET<x>	Retourne la valeur de la tension.
IOUT<x>	Retourne le courant de la sortie réelle.
VOUT<x>	Retourne la tension de la sortie réelle.
TRACK<NR1>	Règle la sortie de l'alimentation travaillant en mode indépendant ou tracking. NR1: 0=INDE, 1=SER, 2=PARA.
BEEP<Boolean>	Définit l'état du beep : allumé ou éteint.
LOCK<Boolean>	Définit l'état du verrouillage : active ou non.
OUT<Boolean>	Définit l'état de sortie : allumé ou éteint.
STATUS	Retourne l'état de l'alimentation.
bit0:(CH1)0=CC,1=CV	
bit1:(CH2)0=CC,1=CV	
bit23:(TRACK)10=DEP, 11=SER,01=PAR	
bit4:(BEEP)0=OFF,1=ON	
bit5:(LOCK)0=LOCK,1=UNLOCK	
bit6:(OUT)0=OFF,1=ON	
IDN	Retourne l'identification de l'instrument.
RCL<NR0>	Rappelle les paramètres de réglage de la mémoire enregistrés précédemment.
SAV<NR0>	Sauvegarde les paramètres de la mémoire.
NR0: 1=Memory1, 2=Memory2, 3=Memory3, 4=Memory4;	

Spécifications Techniques

Sorties	CH1/CH2 indépendant: 0 ~ 30 V, 0 ~ 3 A CH1/CH2 en série : 0 ~ 60 V, 0 ~ 3 A CH1/CH2 en parallèle: 0 ~ 30 V, 0 ~ 6 A CH3: 2,5 V / 3,3 V / 5 V, 3 A
Tension constante	Régulation de ligne: $\leq 0,01\% + 3 \text{ mV}$ Régulation de charge: $\leq 0,01\% + 3 \text{ mV}$ Temps de récupération: $\leq 100 \text{ us}$ (50 % changement de charge, charge minimum 0,5 A) Bruit et Ondulation: $\leq 1 \text{ mVRms}$ Coeff, de température: $\leq 300 \text{ ppm}$
Courant constant	Régulation de charge: $\leq 0,2\% + 3 \text{ mA}$ Bruit et Ondulation: $\leq 3 \text{ mArms}$
Tracking en parallèle	Régulation de ligne: $\leq 0,01\% + 5 \text{ mV}$ Erreur de Tracking: $\leq 0,05\% + 50 \text{ mV}$ du maître (sans charge)
Tracking en série	Régulation de ligne: $\leq 0,1\% + 5 \text{ mV}$ Régulation de charge: $\leq 300 \text{ mV}$ Alim, positive et négative: erreur de tracking esclave: $\leq 0,5\% + 10 \text{ mV}$ du maître (sans charge, avec charge, régulation de charge additionnelle $\leq 300 \text{ mV}$)
Sortie CH3	Régulation de ligne: $\leq 25 \text{ mV}$ Régulation de charge: $\leq 25 \text{ mV}$ Bruit et Ondulation: $\leq 2 \text{ mV rms}$ Tension en sortie: 2,5 V, 3,3 V, 5 V (sélectionnable), $\pm 8\%$ Courant en sortie: 3 A
Affichage	Ampèremètre: 3,20 A pleine échelle, afficheur LED 3 D 0,5" Voltmètre: 32,0 V pleine échelle, afficheur LED 3 D 0,5" Résolution voltmètre: 100 mV Résolution ampèremètre: 10 mA Précision: $\pm (0,5\% \text{ de la lecture} + 2 \text{ D})$
Protection	Surtension, sur-courant, surcharge, température excessive, limites en courant, court-circuit et inversion de polarités
Isolation	entre base et borne de sortie $\geq 20 \text{ M}\Omega / 500 \text{ VDC}$ entre base et cordon d'alimentation $\geq 30 \text{ M}\Omega / 500 \text{ VDC}$
Environnement	Utilisation en intérieur Altitude: $\leq 2000 \text{ m}$ Temp. ambiante: 0 ~ 40° C Humidité relative: $\leq 80\%$ Cat. d'installation: II Degré de pollution: 2
Stockage	Temp. ambiante: -10 ~ 70°C Humidité relative: $\leq 70\%$
Source d'alimentation	AC 220 V $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz, 500 VA max. - CAT II

Caractéristiques Générales

Dimensions 310 (p) * 250 (l) * 150 (h) mm

Masse 7,5 kg

Fourniture

Accessoires

- Notice de fonctionnement
- Câble réseau
- Drivers LV et LW disponibles sur site Internet
- Câble USB

GB - Contents

General Instructions	Chapter I
	Introduction 29
	Precautions 29
	Safety measures 29
	Operation environment 30
	Guarantee 30
	Maintenance, repairs, metrological checks 30
	Cleaning 30
	Fuse replacement 31
Description of the instrument	Chapter II
	Introduction 32
	Main Features 33
	Front panel overview 34
	Display 34
	Control panel 35
	Terminals 36
	Rear panel overview 37
	CC / CV characteristics 37
Setup	Chapter III
	Power up 38
	Load cable connection 38
	Output ON/OFF 39
	Beep ON/OFF 39
	Front panel lock 39
Operation	Chapter IV
	1. CH1/CH2 independent mode 40
	2. CH3 independent mode 41
	3. CH1/CH2 tracking serial mode 42
	<i>3.1 Tracking serial without common terminal</i> 42
	<i>3.2 Tracking serial with common terminal</i> 42
	4. CH1/CH2 tracking parallel mode 45
Save / RECALL	Chapter V
	Save setup 46
	Recall setup 46
Remote control	Chapter VI
	Remote control setup 47
	Command Syntax 47
	Error messages 48
	Command list 48
	Command details 49
	Contents for command HELP 51
Technical Specifications	Chapter VII
 52
Mechanical Specifications, Supply	Chapter VIII
 53

General Instructions

Introduction

You have just purchased an **AX 1360P** Multi-channel Programmable DC Power Supply and we appreciate your confidence.

Precautions

To obtain the best service:

- read this notice carefully,
- respect the safety instructions.

Failure to respect the warnings and/or usage instructions may damage the device and/or installations and may be dangerous for the user.

Safety measures

- Before plugging into local AC mains, check and make sure that the output voltage is compatible to the load. (It is suggested to disconnect a load before plugging into local AC mains).
- The max. output voltage of the instrument may be over 60VDC and current 6A → avoid touch the metal contact part of the output terminals.
- Do not use the instrument in a dusty place or a highly humid place as such will cause instrument reliability degradation and instrument failures.
- Install the instrument in a place where the ambient temperature is in range of -10~70° C. Note that the instrument operation may become unstable if it is operated in an ambient temperature exceeding the range of 0~40° C.
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Only use with safety leads, diameter of which is appropriated to output current.

Power supply

AC Input voltage: 220 V ± 10 %, 50/60Hz, 500 VA max.

Connect the protective grounding conductor of the AC power cord to an earth ground to avoid electrical shock.

Symbols on the instrument



Warning: potential hazard, refer to the user's manual.



Selective waste sorting for recycling electric and electronic waste.
In compliance with the WEEE 2002/96/EC directive:
the device should not be considered as household waste.



Earth terminal



Fuse



USB host



European conformity

Fuse

- Fuse type: 220V/230V: T3.15 A / 250 V, 5 x 20 mm
- Make sure the correct type of fuse is installed before power up.
- Replace the AC fuse with the same type and rating as the original fuse.
- Disconnect the power cord before fuse replacement.
- Make sure the cause of fuse blowout is fixed before fuse replacement.

General Instructions (contd.)

Operation Environment

- Location: Indoor, no direct sunlight, dust free, almost non-conductive pollution (note below)
- Relative Humidity: < 80%
- Altitude: < 2000m
- Temperature: 0 to 40°C

(Pollution Degree) IEC 61010-1: specifies the pollution degrees and their requirements as follows. The instrument falls under degree 2.

Pollution refers to “addition of foreign matter, solid, liquid, or gaseous (ionized gases), that may produce a reduction of dielectric strength or surface resistivity”.

Pollution degree 2: Normally only non-conductive pollution occurs. Occasionally, however, a temporary conductivity caused by condensation must be expected.

Definition of measurement categories

Overvoltage category II is for equipment intended to be supplied from the building wiring. It applies both to plug-connected equipment and to permanently connected equipment.

Overvoltage category III is for equipment intended to form part of a building wiring installation. Such equipment includes socket outlets, fuse panels, and some mains installation control equipment.

Overvoltage category IV is for equipment installed at or near the origin of the electrical supply to a building, between the building entrance and the main distribution board. Such equipment may include electricity tariff meters and primary overcurrent protection devices.

Guarantee

This equipment is guaranteed for all manufacturing and parts defects in compliance with the general terms and conditions which are available on request

During the 1 year guarantee period, the instrument may only be repaired by the manufacturer who reserves the right to make the decision to either repair or replace all or part of the appliance. In the event of a return of the equipment to the manufacturer the shipping charge from the customer to the manufacturer is at the customer's expense.

The guarantee does not apply in the following conditions:

- inappropriate use of the equipment or use with incompatible equipment
- one or more changes made to the equipment without prior explicit authorisation from the manufacturer's technical department
- an intervention is made on the instrument by a person not approved by the manufacturer
- the adapting to a specific application that is not part of the definition of the instrument or in the operating guide
- damage caused by a mechanical shock, by dropping the instrument or by flooding.

General Instructions (contd.)

Maintenance, repairs, metrological checks

The device includes no parts that can be replaced by the operator. All operations must be carried out by competent approved personnel.

For checks and calibrations, contact one of our accredited metrology laboratories (information and contact details available on request), at our Chauvin Arnoux subsidiary or the branch in your country.

Cleaning


No interventions are authorised inside the instrument.

- Turn the instrument off (remove the power supply cable).
- Clean using a damp cloth and soap.
- Never use abrasive products or solvents.
- Dry quickly using a dry cloth or an air blower at max. 80° C.


Fuse replacement

Steps

1. Take off the power cord and remove the fuse socket using a minus driver.



2. Replace the fuse in the holder.



Type of fuse 220 V / 230 V : T3.15 A / 250 V, 5 x 20 mm

Description of the instrument

Introduction

Regulated programmable DC power supply is light weight, adjustable, multifunctional work stations. It has three independent outputs: two with adjustable voltage level and one with fixed level selectable from 2.5V, 3.3V and 5V. The power supply can be used for logic circuits where various output voltage or current are needed, and for tracking mode definition systems where positive and negative voltages with good accuracy are required.

Independent /Tracking Series /Tracking Parallel The output modes of the power supply - independent, tracking series, and tracking parallel - can be selected by pressing the TRACKING key on the front panel. In the independent mode, the output voltage and current of each channel are controlled separately. The isolation degree, from output terminal to chassis or from output terminal to output terminal, is 300V. In the tracking modes, both the CH1 and CH2 outputs are automatically connected in series or parallel; no need to connect output leads. In the series mode, the output voltage is doubled; in the parallel mode, the output current is doubled.

Constant Voltage/ Constant Current Except for CH3, each output channel is completely transistorized and well-regulated, and works in constant voltage (CV) or constant current (CC) mode. Even at the maximum output current, a fully rated, continuously adjustable output voltage is provided. For a big load, the power supply can be used as a CV source; while for a small load, a CC source. When in the CV mode (independent or tracking mode), output current (overload or short circuit) can be controlled via the front panel. When in the CC mode (independent mode only), the maximum (ceiling) output voltage can be controlled via the front panel. The power supply will automatically cross over from CV to CC operation when the output current reaches the target value. The power supply will automatically cross over from CC to CV when the output voltage reaches the target value. For more details about CV/CC mode operation, see page 41.

Automatic Tracking Mode The front panel display (CH1, CH2) shows the output voltage or current. When operating in the tracking mode, the power supply will automatically connect to the auto- tracking mode.


Description of the instrument (contd.)

Main Features

Model	Output	Voltmeter	Ammeter	USB Interface
	0 ~ 30 V x 2 0 ~ 3 A x 2			
AX 1360P	Fixed 2.5 V / 3.3 V / 5 V 3 A	3 digits LED	3 digits LED	✓
Performance				
<ul style="list-style-type: none"> • Low ripple & noise, intelligent cooling fan • Compact design, light weight 				
Operation				
<ul style="list-style-type: none"> • Constant voltage/constant current operation • Tracking serial/tracking parallel operation • Output ON/OFF control • Panel lock function • 4 programming presets for voltage and current save/recall • Coarse and fine control for voltage and current • Software calibration (only for 3300U series) • Beeper output • Voltage and current limit preset 				
Protection				
<ul style="list-style-type: none"> • Over voltage, over current, over load, over temperature protections • Reverse polarity protection 				
Interface				
<ul style="list-style-type: none"> • USB interface for remote PC control • LV / LW drivers available on our website 				


Description of the instrument (contd.)

Front panel Overview




Display

Voltmeter Displays CH1 or CH2 output voltage



(3 digits)

Ammeter Display CH1 or CH2 output current



(3 digits)

Description of the instrument (contd.)

Control Panel

Memory keys



Saves or recalls panel settings. Max. 4 sets for programming preset. Refer to p. 46 for details.

CH1/CH2 beep keys



Selects the output channel for level adjustment. Refer to p. 39 for level setting details

Pressing and holding CH2 key enables beep sound.

Parallel/Serial keys



Activates Tracking Parallel operation or Tracking Serial operation. Refer to p. 35 for details.

Lock key



Locks or unlocks the front panel settings. Refer to p. 11 for details.

Output key




Turns the output on or off.

Voltage knobs



VOLTAGE



Adjusts the output voltage level for CH1 or CH2. Pressing the knob switches for coarse and fine level setting. When in fine adjustment, the FINE indicator lights on.

Current knobs



CURRENT



Adjusts the output current level for CH1 or CH2. Pressing the knob switches coarse and fine level setting. When in fine adjustment, the FINE indicator lights on.

Description of the instrument (contd.)


Terminals

Power switch



Turns on or off the main power. Refer to page 38 for power up sequence.

GND terminal



Accepts a grounding wire.

CH1 output



Outputs CH1 voltage and current.

CH1 CV/CC indicator



Indicates CH1 constant voltage or constant current operation mode.

CH2 output



Outputs CH2 voltage and current.

CH2 CV/CC/ PAR indicator



Indicates CH2 constant voltage, constant current or tracking parallel operation mode.

CH3 output




Outputs CH3 voltage and current.

CH3 overload indicator



Indicates when CH3 output current is overloaded.

CH3 voltage selector



Selects CH3 output voltage from 2.5 V, 3.3 V, 5 V.


FINE indicator




Indicates when there is fine adjustment operation for voltage or current.

Description of the instrument (contd.)

Rear Panel Overview



USB connector



Accepts a USB slave connector for command-based remote control via PC.

Power cord/fuse socket



The power cord socket accepts the AC mains. The fuse holder contains the AC main fuse.

CV / CC Characteristics

Background

The instrument automatically switches between constant voltage mode (CV) and constant current mode (CC), according to load condition.


CV mode

When the current level is smaller than the output setting, the instrument operates in Constant Voltage mode. The indicator on the front panel turns green (C.V.) The Voltage level is kept at the setting and the Current level fluctuates according to the load condition until it reaches the output current setting.

CC mode

When the current level reaches the output setting, the instrument starts operating in Constant Current mode. The indicator on the front panel turns red (C.C.) The Current level is kept at the setting but the Voltage level becomes lower than the setting, in order to suppress the output power level from overload. When the current level becomes lower than the setting, the instrument goes back to the Constant Voltage mode.

Diagram



Setup

This chapter describes how to properly power up the power supply before operation.

Power Up


Connect AC power cord

Connect the AC power cord to the rear panel socket.




Power on

Press the power switch to turn on the power. The display shows the initialization screen with the model name, followed by the last recalled settings.



Power off

Press the power switch again to turn off




the power.

Load Cable Connection

Banana plug

Insert the Ø 4 mm safety



banana plug.

Wire type

When using load cables other than the attached, make sure they have enough current capacity for minimizing cable loss and load line impedance. Voltage drop across a wire should not exceed 0.5 V. The following list is the wire current rating at 450 A/c.

Wire size (AWG)	Max. current (A)
20	2.5
18	4
16	6
14	10
12	16

Setup (contd.)

Output ON / OFF

Panel operation Pressing the  →  Output key turns on all CH 1/2/3 outputs.

The key LED also turns on. Pressing the Output key again turns off the output and the key LED.

Automatic output off Any of the following actions during output on automatically turns it off. They might involve sudden change in the output level.

- Change the operation mode between independent / tracking series / tracking parallel
- Recalling other setups from the memory

Storing the setup into the memory

Beep ON / OFF

Panel operation By default, the beeper sound is enabled. To turn off the beep, press the beep key for 2 seconds.



A beep sound comes out and the beeper setting will be turned off. To enable the beeper, press the beep key again for 2 seconds.

List of beeper The following operations go with a beep sound when the beeper setting is on.

- Power on
- INDEP – SER – PAR mode switching
- Setup save/recall
- Voltage/current knob, fine/coarse knob
- Output on/off
- Panel lock/unlock
- CH1/CH2 output level knob
- Voltage/current level reaching minimum and maximum (zero) level

Front Panel Lock

Panel Operation Press the LOCK key to lock the front panel key operation.



The key LED turns on. To unlock, press the LOCK key for 2 seconds. The key LED also turns off.




The OUTPUT key is not affected by the lock operation.

Operation

1. CH1/CH2




Independent Mode

Background / Connection CH1 and CH2 outputs work independent of each other and are separately controlled.



Output rating 0 ~ 30 V / 0 ~ 3 A for each channel

Panel operation




1. Make sure the PARA INDEP and SERIES INDEP keys are turned off (the key LEDs are off)
2. Connect the load to the front panel terminals, CH1 +/-, CH2 +/-.
3. Set the CH1 output voltage and current. Press the CH1 switch (LED turns on) and use the Voltage and Current knob. By default, the Voltage and Current knob work in the coarse mode. To activate the fine mode, press the knob and turn on the FINE LED.
Coarse: 1V or 0.1A @ rotation click.
Fine: the smallest digit @ rotation click.
4. Repeat the above settings for CH2 channel.
5. To turn on the output, press the output key. The key LED turns on and the CH1 /CH2 indicator shows the output mode, CV or CC.

Operation (contd.)

2. CH3 Independent Mode


Background / Connection The CH3 rating is 2.5 V / 3.3 V / 5 V, maximum 3 A. It works independently from CH1 and CH2, regardless of their modes.



Output rating Fixed 2.5 V / 3.3 V / 5 V, 3 A

No tracking Serial/Parallel mode CH3 does not have tracking serial/parallel mode. Also, CH3 output is not affected by CH1 and 2 modes.

Panel operation



1. Connect the load to the front panel CH3 +/- terminal.
2. Select the output voltage from 2.5 V, 3.3 V and 5 V, using the CH3 voltage selector switch.
3. To turn on the output, press the output key. The key LED turns on.

CC to CV



When the output Current level exceeds 3A, the overload indicator turns red and CH3 operation mode switches from Constant Voltage to Constant Current.

💡 “Overload” in this case does not mean an abnormal operation.

Operation (contd.)


3. CH1/CH2 Tracking Serial Mode

Tracking series operation doubles the Voltage capacity of the power supply series by internally connecting CH1 (Master) and CH2 (Slave) in serial and combining the output to a single channel. CH1 (Master) controls the combined Voltage output level.

The following describes two types of configurations depending on the common ground usage.





3.1 Tracking serial without common terminal

Connection



Output rating 0 - 60 V / 0 - 3 A

Panel operation



1. Press the SER/INDEP key to activate the tracking serial mode. The key LED turns on.


2. Connect the load to the front panel terminals, CH2+ & CH1-. (Single supply).

3. Press the CH2 switch (LED turns on) and use the Current knob to set the CH2 output current to the maximum level. By default, the Voltage and Current knob work in the coarse mode. To activate the fine mode, press the knob and turn on the FINE LED.

Coarse: 1V or 0.1A @ rotation click.
Fine: the smallest digit @ rotation click.

4. Press the CH1 switch (LED turns on) and use the Voltage and Current knob to set the output voltage and current level..

Operation (contd.)




5. To turn on the output, press the output key. The key LED turns on.

6. Refer to the CH1 (Master) meter and indicator for the output setting level and CV/CC status

Voltage level Double the reading on the CH1 Voltage meter. In the above case, the actual output is $20.0 \times 2 = 40.0$ V.

Current level CH1 meter reading shows the output Current. In the above case, 2.000A. (CH2 Current control must be in the Maximum position=3.0A).

3.2 Tracking serial with common terminal



Output rating 0 ~ 60 V / 0 ~ 3 A for CH1 ~ COM

Panel operation




1. Press the SER/INDEP key to activate the tracking serial mode. The key LED turns on.

2. Connect the load to the front panel terminals, CH1+/- & CH2-. Use the CH1 (-) terminal as the common line connection.

3. Connect the load to the front panel terminals, CH1+/- & CH2-. Use the CH1 (-) terminal as the common line connection.

Operation (contd.)



4. Press the CH1 switch (LED turns on) and use the Voltage knob to set the master & slave output voltage (the same level for both channels). By default, the Voltage and Current knob work in the coarse mode. To activate the fine mode, press the knob and turn on the FINE LED.
Coarse: 1V or 0.1A @ rotation click.
Fine: the smallest digit @ rotation click.
4. Use the current knob to set the master output current.
5. To turn on the output, press the output key. The key LED turns on.
6. For the master (CH1) output level and CV/CC status, refer to the CH1 meter and indicator. Master (CH1) voltage level: CH1 meter reading shows the output voltage. In the above case, 20.0 V.
Master (CH1) current level: CH1 meter reading shows the output current. In the above case, 2.000 A.
7. Press the CH2 switch (LED turns on) and use the Current knob to set the slave output current.
8. For the slave (CH2) output level and CV/CC status, refer to the CH1/2 meter and CH2 indicator.


Master (CH1) voltage level: CH1 meter reading shows the output voltage. In the above case, 20.0 V.

Master (CH1) current level: CH1 meter reading shows the output current. In the above case, 2.000 A.

Operation (contd.)


3.4 CH1 / CH2 Tracking Parallel Mode

Background / connection Tracking parallel operation doubles the current capacity of the power supply by internally connecting CH1 and CH2 in parallel and combining the output to a single channel. CH1 controls the combined output.



Output rating 0 - 30 V / 0 \approx 6 A

Panel operation



1. Press the PARA/INDEP key to activate the tracking parallel mode. The key LED turns on.
2. Connect the load to the CH1 +/- terminals.
3. To turn on the output, press the output key. The key LED turns on.
4. The CH2 indicator turns red, indicating tracking parallel (PAR) mode
5. Press the CH1 switch (LED turns on) and use the Voltage and Current knob to set the output voltage and current. The CH2 output control is disabled. By default, the Voltage and Current knob work in the coarse mode. To activate the fine mode, press the knob and turn on the FINE LED.
6. For the output level and CV/CC status, refer to the CH1 meter and indicator.

Voltage level: The CH1 meter reading shows the output voltage. In the above case, 20.0 V.

Current level: Double the amount of CH1 current meter reading. In the above case,

$$2.0 \text{ A} \times 2 = 4.0 \text{ A}$$

Save / Recall Setup

Save Setup

Background The front panel settings can be stored into one of the four internal memories.


Programming contents The following list shows the programming setting contents:

- Independent / tracking serial / tracking parallel mode
- CH1/CH2 knob selection
- Fine/coarse knob editing mode
- Beeper on/off
- Output voltage/current level

The following settings are always saved as “off”:

- Output on/off
- Front panel lock on/off

Panel operation Press one of the 1~4 Memory keys for 2 seconds, for example number 1. The panel settings will be saved in memory No.1 by long push to this key and the key LED turns on. When the panel settings are modified, the LED turns off.



☞ **When the setting is stored, the output automatically turns off.**

Recall Setup

Background The front panel settings can be recalled from one of the four internal memories.


Programming contents The following list shows the programming setting contents:

- Independent / tracking serial / tracking parallel mode
- CH1/CH2 knob selection
- Fine/coarse knob editing mode
- Beep on/off
- Output voltage/current level

The following settings are always saved as “off”:

- Output on/off
- Front panel lock on/off

Panel operation Press one of the 1~4 Memory keys, for example number 1. The panel settings saved in memory No.1 will be recalled by pressing this key. The key LED turns on. When the panel settings are modified, the LED turns off.




☞ **When a setting is recalled, the output automatically turns off.**

Remote Control

Remote Control Setup

Background The front panel settings can be recalled from one of the four internal memories.


Interface  USB slave port, rear panel

COM setting Set up the COM port inside the PC according to the following list:
 Baud rate: 9600
 Parity bit: None
 Data bit: 8
 Stop bit: 1
 Data flow control: None

Functionality check Run this query command via the terminal application such as MTTTY (Multi-threaded TTY).
 *idn?
 This should return the identification information:
 Manufacturer, model name, serial number.
 Drivers for LV / LW programming are available on our website.

Command Syntax

Command format ISET<X>;<NR2>



1: command header
 2: output channel
 3: separator
 4: parameter

Output channel	Type	Description	Example
	<Boolean>	Boolean logic	0 (off), 1 (on)
	<NR1>	Integers	0, 1, 2, 3
	<NR2>	Decimal numbers	0.1, 3.14, 8.5

Output channel 1 (CH1) or 2 (CH2)



Commands must be capital letters

Remote Control (contd.)

Error Messages The following error messages might appear when the instrument cannot accept the command.

Program mnemonic too long	<i>The command length must be 12 characters or less.</i>
Invalid character	<i>Invalid characters, such as symbols, are entered. Example: VOUT#</i>
Too many digits	<i>The command exceeded the maximum number of decimals: 3 digits.</i>
Missing parameter	<i>The parameter is missing from the command. Example: VSET: (should have a number)</i>
Data out of range	<i>The entered value exceeds the specification. Example: VSET:33 (should be : 32 V)</i>
Command not allowed	<i>The entered command is not allowed in the circumstance. Example: trying to set CH2 output while in the tracking mode.</i>
Undefined header	<i>The entered command does not exist, or the syntax is wrong.</i>

Command list Detailed descriptions of each command starts from the next page.
The “HELP” command shows all the following commands and their meanings, except for the HELP command itself.

ISET<X>:<NR2>	<i>Sets the output current</i>
ISET<X>	<i>Retuns the output current setting</i>
VSET<X>:<NR2>	<i>Sets the output voltage</i>
VSET	<i>Returns the output voltage setting</i>
IOUT<X>	<i>Returns the actual output current</i>
VOUT<X>	<i>Returns the actual output voltage</i>
TRACK<NR1>	<i>Selects the operation mode</i>
BEEP<BOOLEAN>	<i>Turn on or off the output</i>
LOCK<BOOLEAN>	<i>Turn on or off the front panel lock</i>
OUT<BOOLEAN>	<i>Turn on or off the output</i>
SATUS	<i>Returns the MODEL status</i>
IDN	<i>Returns the MODEL identification</i>
RCL<NR1>	<i>Recalls a panel setting</i>
SAVE<NR1>	<i>Saves the panel setting</i>
HELP	<i>Shows the command list</i>

Remote Control (contd.)

Command details

Command	ISET<X>:<NR2>
Description	Sets the output current.
Panel operation	Refer to p. 11
Response time	Min.70ms
Example	ISET1:2.234 Sets the CH1 output current to 2.234A,

Command	ISET<X>
Description	Returns the output current setting
Response time	Min.70ms
Example	ISET1 Returns CH1 output current setting.

Command	VSET<X>:<NR2>
Description	Sets the output voltage.
Panel operation	Refer to p. 11
Response time	Min.70ms
Example	VSET1:20.345 Sets the CH1 voltage to 20.345V.

Command	VSET<X>
Description	Returns the output voltage setting.
Response time	Min.80ms
Example	VSET1 Returns the CH1 voltage setting.

Command	IOUT<X>
Description	Returns the actual output current.
Response time	Min.80ms
Example	IOUT1 Returns the CH1 output current.

Command	VOUT<X>
Description	Returns the actual output voltage.
Response time	Min.70ms
Example	VOUT1 Returns the CH1 output voltage.

Command	TRACK<NR1>
Description	Selects the operation mode: INDEP, tracking SER, tracking PAR
Panel operation	Refer to p. 11
NR1	0: Independent 1: Tracking serial 2: Tracking parallel
Response time	Min.70ms
Example	TRACK0 Selects the independent mode.

Command	BEEP<Boolean>
Description	Turns on or off the beeper.
Panel operation	Refer to page 10
Response time	Min.70ms
Example	BEEP1 Turns on the beeper/

Command	OUT<Boolean>
Description	Turns on or off the output.
Panel operation	Refer to p. 5
Response time	Min.70ms
Example	OUT1 Turns on the output.

Remote Control (contd.)

Command details (contd.).

Command	LOCK<Boolean>
Description	Turns on or off the front panel lock
Panel operation	Refer to p. 11
Response time	Min.70ms
Example	LOCK1 Locks the front panel.

Command	STATUS
Description	Returns the MODEL status.
Response time	Min.400ms
Contents	8 bits in the following format. (Refer to table on the right.)

Bit	Item	Description
0	CH1	0=CC mode, 1=CV mode
1	CH2	0=CC mode, 1=CV mode
2, 3	Trac king	00=Independent, 01=Tracking serial, 11=Tracking parallel
4	Beep	0=Off, 1=On
5	Lock	0=Lock, 1=Unlock
6	Output	0=Off, 1=On
7	N/	N/A

Command	RCL<NR1>
Description	Recalls a panel setting.
Panel operation	Refer to p. 18
NR1	1~4: Memory number 1 to 4
Reponse time	Min.70ms
Example	RCL1 Recalls the panel setting stored in memory NO. 1.

Command	IDN
Description	Returns the MODEL identification
Reponse time	Min.300ms
Contents	Manufacturer, model name, serial number

Command	SAV<NR1>
Description	Saves the panel setting.
Panel operation	Refer to p. 18
NR1	1~4: Memory number 1 to 4
Reponse time	Min.70ms
Example	SAV1 Stores the panel setting into memory NO. 1.

Command	HELP
Description	Shows the command list.
Reponse time	Min.1000ms
Contents	Refer to the following tale.

Remote Control (contd.)

Contents for Command Help

ISET<x>:<NR2>	Sets the value of current.
VSET<x>:<NR2>	Sets the value of voltage. X: 1=CH1, 2=CH2.
ISET<x>	Return the value of current.
VSET<x>	Return the value of voltage.
IOUT<x>	Returns actual output current.
VOUT<x>	Returns actual output voltage.
TRACK<NR1>	Sets the output of the power supply working on independent or tracking mode. NR1: 0=INDE, 1=SER, 2=PARA.
BEEP<Boolean>	Sets the BEEP state on or off.
LOCK<Boolean>	Sets the entry-key lock state on or off.
OUT<Boolean>	Sets the output state on or off
STATUS	Returns the power supply state.
bit0:(CH1)0=CC,1=CV	
bit1:(CH2)0=CC,1=CV	
bit23:(TRACK)10=DEP, 11=SER,01=PAR	
bit4:(BEEP)0=OFF,1=ON	
bit5:(LOCK)0=LOCK,1=UNLOCK	
bit6:(OUT)0=OFF,1=ON	
IDN	Returns instrument identification.
RCL<NR0>	Recall the setting data from the memory which previous saved.
SAV<NR0>	Saves the setting data to memory.
NR0: 1=Memory1, 2=Memory2, 3=Memory3, 4=Memory4;	

Technical Specifications

Output ratings	CH1/CH2 independent: 0 ~ 30 V, 0 ~ 3 A CH1/CH2 serial: 0 ~ 60 V, 0 ~ 3 A CH1/CH2 parallel: 0 ~ 30 V, 0 ~ 6 A CH3: 2.5 V / 3.3 V / 5 V, 3 A
Constant voltage operation	Line regulation: ≤ 0.01 % + 3 mV Load regulation: ≤ 0.01 % + 3 mV Recovery time: ≤ 100 us (50 % load change, minimum load 0.5 A) Ripple & Noise: ≤ 1 mVrms Temp.co-efficient: ≤ 300 ppm
Constant current operation	Line regulation: ≤ 0.2 % + 3 mA Load regulation: ≤ 0.2 % + 3 mA Ripple & Noise: ≤ 3 mArms
Tracking parallel operation	Line regulation: ≤ 0.1 % + 3 mV Load regulation: ≤ 0.01 % + 5 mV Tracking error: ≤ 0.05 % + 50 mV of Master (no load)
Tracking serial operation	Line regulation: ≤ 0.01 % + 5 mV Load regulation: ≤ 300 mV Positive and negative supply: Slave tracking error: ≤ 0.5 % + 10 mV of the master (No load. With load, add load regulation ≤ 300 mV)
CH3 output	Line regulation: ≤ 25 mV Load regulation: ≤ 25 mV Ripple & Noise: ≤ 2 mV rms Output voltage: 2.5 V, 3.3 V, 5 V (selectable), ± 8 % Output current: 3 A
Display	Ammeter: 3.20 A full scale, 3 D 0.5" LED display Voltmeter: 32.0 V full scale, 3 D 0.5" LED display Voltmeter resolution: 100 mV Ammeter resolution: 10 mA Programming accuracy: ±(0.5 % of reading + 2D), ±(0.5 % of reading + 2D) Readback accuracy: ±(0.5 % of reading + 2D), ±(0.5 % of reading + 2D)
Protection	Over voltage, over current, over load, over temperature, current limit, short circuit and reverser polarity protections.
Insulation	Between base and output terminal ≥ 20 MΩ / 500 VDC Between base and power cord ≥ 30 MΩ/ 500 VDC
Operation environment	Indoor use Altitude: ≤ 2000m Ambient temperature: 0 ~ 40° Relative humidity: ≤ 80 % Installation category: II Pollution degree: 2
Storage environment	Ambient temperature: -10 ~ 70° Relative humidity: ≤ 70 %
Power source	AC 110 V / 220 V ± 10 %, 50 / 60 Hz, 500 VA- CAT II

Mechanical Specifications

Dimensions 310 (D) * 250 (W) * 150 (H) mm

Weight 7.5 kg

Supply

Accessories

- User manual × 1
- Power cord × 1
- LV and LW Drivers available on Site Internet
- USB cable